




IMAGEN INTRAORAL
RIOSensor

Excelente sensor intraoral

Digitalice su examen intraoral con RIOSensor.
Agilice el flujo de trabajo con imágenes digitales de alta resolución.

 Imágenes de alta resolución



Captured by XrayVision 4 - Apteryx Inc

 Diseño ergonomico

 Conexión y Uso

 Durabilidad



 Tamaño 1 & 2

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones RIS500	Tamaño 1	Tamaño 2
Dimensiones exteriores	39x25mm	42x30mm
Área de imagen	30x20mm	34x26mm
Tamaño de pixel	20x20µm	20x20µm
Technología de sensor	CMOS avanzado con fibra óptica	CMOS avanzado con fibra óptica
Centelleadora	Csl.	Csl.
Número de pixeles	1.5 Megapíxeles	2.2 Megapíxeles
Resolución de imagen	25 lp/mm	25 lp/mm
Conexión	USB 2.0 de alta velocidad	USB 2.0 de alta velocidad
Longitud de cable	2 metros	2 metros



Ray Co., Ltd.

332-7, Samsung 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18380, República de Corea

Tel +82.31.605.1000

Email ray_overseas@raymedical.co.kr

Web www.raymedical.com

Rayscan México, S. de R.L. de C.V.

Av. Paseo de la Reforma 265 Piso 2, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Ciudad de México, México

Tel +52.55.7589.9924

Email mexico@rayamerica.com

Web www.raymexico.com

Ray America Inc.

New Jersey: 2115 Linwood Ave., STE 500, Fort Lee, NJ 07024, USA

Georgia: 11555 Medlock Bridge Road, STE 100, Johns Creek, GA 30097, USA

Tel +1.800.976.4586

Email info@rayamerica.com

Web www.rayamerica.com



RBS-S02 (rev.1)

Diseño y las especificaciones
están sujetos a cambios
sin previo aviso